

KSS7.1.3 สถานพยาบาลมีการตรวจสอบระบบเรียกพยาบาลให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่ง จูริทัตโต กำหนดให้มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบเรียกพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ทุกจุดใช้งาน เช่น ปุ่มกดเรียก สายดึง สัญญาณเตือน และหน้าจอแสดงผล มีการบันทึกผลการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขเมื่อพบความผิดปกติ พร้อมกำหนดมาตรการทดแทนชั่วคราวเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยผู้ป่วย ส่งผลให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากระบบขัดข้อง

ใบตรวจเช็คระบบเรียกพยาบาล

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่ง จูริทัตโต

แผนก: ... วันที่: ...

รายการ	สถานที่	ส.ก.	ส.ก.	ส.ก.	ส.ก.	ส.ก.	ส.ก.	ส.ก.	ส.ก.	ส.ก.	ส.ก.	ส.ก.
1. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. ตรวจสอบหน้าจอ	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. ตรวจสอบสัญญาณเตือน	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31. ตรวจสอบสายดึง	ห้องผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ: ...

รายการ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5
1. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
2. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
3. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
4. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
5. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
6. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
7. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
8. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
9. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
10. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
11. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
12. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
13. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
14. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
15. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
16. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
17. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
18. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
19. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
20. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
21. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
22. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
23. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
24. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
25. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
26. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
27. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
28. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
29. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
30. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
31. สายดึง	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ตรวจสอบ	กชก	กชก	กชก	กชก	กชก
วันที่	4/01/19	11/01/19	18/01/19	25/01/19	01/02/19